

DRK-Y03 避孕套电检漏水试验仪



【产品介绍】

避孕套电检漏水试验仪是一台快捷有效的设备，它的设计符合，GB7544-2009 附录 L 针孔试验，ISO4074:2002（天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法），ISO4074:2015，AFNOR（法国标准化协会），DIN（德国标准化协会）等的认证要求。

【产品特点】

- 1、标配夹具，不损坏试样，轻松完成测试；
- 2、操作舒适、安全，结构紧凑，易于维护，运行迅速可靠；

- 3、高清液晶显示，试验过程“一键化”操作，高效智能化，也可手动进行分步测试；
- 4、具有 10 个独立的自动升降测试头，专业测控软件实时统计，测试数据自动显示；
- 5、测试范围广泛，可以满足各种尺寸的样品；
- 6、符合 ISO4074:2002 电导率泄漏测试方法。

【测试原理】

避孕套用电子屏蔽的方法来检查针孔，没有针孔的避孕套就像绝缘体，电流不会形成回路而流过避孕套，反之，具有针孔的避孕套就会形成电流回路。

【技术指标】

项目	型号
	DRK-Y03 避孕套电检漏水试验仪
测试工位	10 个
测试水温	0-40℃
注射液量	300ml ± 10ml (自动注水)
直流电压	(10 ± 0.1) V
电压表精度	± 0.3mV
精密电阻	(10 ± 0.5) kΩ
外形尺寸	1000 mm (L) × 450 mm (W) × 1600 mm (H)
重量	50kg

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。